

Замовник: КНП «Острозька БЛ»

Код ЄДРПОУ: 01999833

Адреса: м.Острог вул.Татарська,185

Категорія: Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

№ з/п	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення	Ідентифікатор закупівлі	Обґрунтування													
				технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	очікуваної вартості закупівлі												
1	2	3	4		5												
1	ДАР Система вимірювання - дозиметр для визначення дози, яку одержують пацієнти при рентгенорадіологічних процедурах, код ДК 021:2015:38340000-0 – Прилади для вимірювання величин (38341200-9 – Дозиметри), код НК 024:2019 38351 Дозиметр випромінювання на основі електростатичної іонізаційної камери.	Відкриті торги з Особливостями 200000,00 грн	UA-2023-05-29-011227-a	<table border="1"><thead><tr><th>Медико-технічні вимоги</th><th>Характеристика</th></tr></thead><tbody><tr><td>Активна область, не більше</td><td>Квадратна площа 145 x 145 мм Квадратна площа 115 x 115 мм</td></tr><tr><td>Відстань між електродами, не більше</td><td>9 мм</td></tr><tr><td>Якість опромінення, не вужче</td><td>40 – 150 кВ</td></tr><tr><td>Залежність енергії, не більше</td><td>± 8 %</td></tr><tr><td>Якість еквівалентної фільтрації</td><td>0,35mm Al / 70KV / 2,5mm Al 0,15mm Al / 70KV / HVL 2,5mm</td></tr></tbody></table>	Медико-технічні вимоги	Характеристика	Активна область, не більше	Квадратна площа 145 x 145 мм Квадратна площа 115 x 115 мм	Відстань між електродами, не більше	9 мм	Якість опромінення, не вужче	40 – 150 кВ	Залежність енергії, не більше	± 8 %	Якість еквівалентної фільтрації	0,35mm Al / 70KV / 2,5mm Al 0,15mm Al / 70KV / HVL 2,5mm	Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме: здійснено пошук, збір та аналіз інформації про ціну Товару, що міститься у мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі каталогів з переліком Товарів на сайтах виробників.
Медико-технічні вимоги	Характеристика																
Активна область, не більше	Квадратна площа 145 x 145 мм Квадратна площа 115 x 115 мм																
Відстань між електродами, не більше	9 мм																
Якість опромінення, не вужче	40 – 150 кВ																
Залежність енергії, не більше	± 8 %																
Якість еквівалентної фільтрації	0,35mm Al / 70KV / 2,5mm Al 0,15mm Al / 70KV / HVL 2,5mm																

				(Еквівалентне загасання А1), не більше				
				Діапазон швидкості Керма повітря в камері, не вужче	12 $\mu\text{Gy/s}$ – 2 Gy/s			
				Діапазон вимірювань, не вужче	0.1 – 99999999,99 μGym^2			
				Роздільна здатність, не більше	0.01 μGym^2			
				Діапазон вимірювання швидкості, не вужче	0.1 – 3000 $\mu\text{Gym}^2/\text{s}$			
				Роздільна здатність швидкості, не більше	0.01 $\mu\text{Gym}^2/\text{s}$			
				Мінімальний час вимірювання, не менше	0.1 мс			
				Час стабілізації, не більше	< 15 хвилин			
				Час запуску, не більше	30 с			
				Оптична прозорість, не менше	$\geq 75 \%$			
				Споживання енергії	< 3 Вт			
				Загальні вимоги до предмета закупівлі				
				1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством				

				<p>порядку. На підтвердження вимоги Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.</p> <p>2. Гарантійний термін повинен становити не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію. На підтвердження вимоги Учасник повинен надати гарантійний лист.</p> <p>3. Обладнання має бути новим і таким, що не використовувалось раніше. На підтвердження вимоги учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.</p> <p>4. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом листа від виробника або офіційного представника виробника, яким підтверджується можливість поставки учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі. (надати оригінал такого листа).</p>	
--	--	--	--	---	--